



MANUTENZIONE & VERIFICAZIONE

[illegible]

## PX-Calibrate

L'unico perdita facile da riporre e portatile, con un certificato tracciabile e una valvola di intercettazione



VERIFICA CONFORME F-GAS



- Verifica il tuo rilevatore di perdite di refrigerante secondo F-GAS EN14624: 2020
- Fuga di riferimento calibrata con HFC R134a o HFO R1234yf
- Può essere fornito con un certificato ISO17025 tracciabile e calibrato su richiesta per la verifica annuale
- Valvola di intercettazione - non perde tutto il tempo
- 5g / anno
- Facile da riporre
- La tecnologia perdita sinterizzato powered by HTP
- Consegnato in un compatto, facile da riporre
- Versioni:
  - PX-Calibrate-HFC: test periodico di funzionamento con R134a
  - PX-Calibrate-HFO: test periodico di funzionamento con R1234yf
  - PX-Calibrate-HFC-CET: perdita di R134a fornita con certificato tracciabile ISO17025 per verifica annuale
  - PX-Calibrate-HFO-CET: perdita R1234yf fornita con certificato tracciabile ISO17025 per verifica annuale

## Certificato Cercafughe F-GAS

Controllo del Suo cercafughe conformemente alla normativa EN 14624



**PANIMPEX NV**

We certify that the refrigerant leak detectors, PX-3 developed and produced by Nolek and the PX-2 developed and produced by C-BISS are in accordance with the devices tested by the

Centre d'Energétique  
60, boulevard Saint-Michel  
75272 PARIS Cedex 06



following the procedure of the EN 14624 Standard.  
(see end of this journal for complete text)

The sensitivity measured by the 'Centre d'Energétique' is:

|                               | PX-3     | PX-2   |
|-------------------------------|----------|--------|
| Sensitivity in fixed position | 0,5 gr/y | 3 gr/y |
| Sensitivity while moving      | 0,5 gr/y | 3 gr/y |

JP Peirs - Panimpex NV  
Veurnestraat 162  
B-8660 De Panne  
Belgium


- Controllo del Suo cercafughe conformemente alla normativa EN 14624 F-Gas
- Questo certificato è conforme alla normativa F-Gas
- Questo certificato ha un valore considerevole per il Suo cliente. E' una misura di controllo per la qualità della manutenzione



- Servizio disponibile dal Suo rivenditore e Panimpex

## Verificazione & Certificazione

Manometri, Vacometri, Termometri, Bilancia, Machina per recupero, ...



- Cercafughe
- Manometri
- Vacometri
- Termometri
- Bilancia
- Machina per recupero
- Gruppi manometrici elettronici
- ...
- Contattaci per avere maggiori informazioni sui nostri servizi

## Blondelle Manometro F-GAS di Verificazione PED

Manometro con alta precisione, meccanica 'invecchiato e stabilizzato'  
- classe 0.5 - 3 campi di pressione



- Manometro di verifica PED
- Applicazione: prova di pressione PED e verificazione di gruppi manometrici
- Rilasciato un certificato di taratura e regolazione
- Meccanica 'invecchiato e stabilizzato'

- Class 0,5
- 'A Lame Acier', A secco
- 25Bar Ø100, 60Bar Ø150, 180Bar Ø100
- Con valigia

### Riferimento:

- 0-25Bar : MA1202V14S-4031-82-CET
- 0-60Bar : MA1305V14S-9038-82-CET
- 0-180Bar : MA1202V14S-4016-82-CET

